



Instruções de Uso CALIBRADOR DE GLICOTECK (Versão Dez/24)

1. RECONSTITUIÇÃO DO CALIBRADOR:

Adicionar 0,5 mL de água destilada/deionizada ao frasco contendo o calibrador liofilizado. Aguardar 10 minutos. Após este tempo, homogeneizar com inversões suaves até a dissolução completa.

Deve-se efetuar a calibração no dia da reconstituição do calibrador.

O calibrador deverá ser processado como uma amostra, incluindo a etapa de preparação do hemolisado. (Vide Instruções de Uso do kit de Glico-Teck Glicohemoglobina Katal).

2. PROCEDIMENTO PARACALIBRAÇÃO:

Separar um par de tubos de Resinas Ligante e Não ligante e proceder como descrito abaixo para o calibrador:

Concentração do calibrador: vide rótulo externo do frasco

Fator do calibrador (F):

$F = [(Abs. Resina Não ligante) \div (Abs. Resina Ligante)] \times \text{concentração do calibrador.}$

3. Determinação da Glicohemoglobina:

Separar um par de tubos de Resinas Ligante e Não ligante e proceder como descrito abaixo para a amostra:

% de Glicohemoglobina (GHb) na amostra:

$\% GHb = [(Abs. Resina Ligante) \div (Abs. Resina Não-ligante)] \times F$

PRECAUÇÕES: Usar luvas descartáveis durante a manipulação. Lavar sempre as mãos após trabalhar com material potencialmente infeccioso. As amostras devem ser descartadas, após o uso, em recipientes específicos. Não dispensar em coletores de lixo comuns ou nas redes de água e esgotos.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO: O calibrador deve ser armazenado na faixa de 2-8°C. Não usar reagentes cuja data de validade tenha expirado.

ASSESSORIA CIENTÍFICA

Para esclarecimentos de dúvidas e Assessoria Científica ligue:

(31) 3157-3688 ou (11) 99217-8407

e-mail: sac@katal.com.br

 Katal Biotecnológica Ind. Com. Ltda.
Rua: Leiria, 1.160 - CEP 31255-100.

Belo Horizonte - MG - Brasil - CNPJ: 71.437.917/0001-04

Responsável Técnica: Raquel Miranda Gonzaga - CRBio 076936/04-D

ANVISA: 10377390149

Data da última revisão: 17/12/2024



Instruções de Uso CALIBRADOR DE GLICOTECK (Versão Dez/24)

1. RECONSTITUIÇÃO DO CALIBRADOR:

Adicionar 0,5 mL de água destilada/deionizada ao frasco contendo o calibrador liofilizado. Aguardar 10 minutos. Após este tempo, homogeneizar com inversões suaves até a dissolução completa.

Deve-se efetuar a calibração no dia da reconstituição do calibrador.

O calibrador deverá ser processado como uma amostra, incluindo a etapa de preparação do hemolisado. (Vide Instruções de Uso do kit de Glico-Teck Glicohemoglobina Katal).

2. PROCEDIMENTO PARACALIBRAÇÃO:

Separar um par de tubos de Resinas Ligante e Não ligante e proceder como descrito abaixo para o calibrador:

Concentração do calibrador: vide rótulo externo do frasco

Fator do calibrador (F):

$F = [(Abs. Resina Não ligante) \div (Abs. Resina Ligante)] \times \text{concentração do calibrador.}$

3. Determinação da Glicohemoglobina:

Separar um par de tubos de Resinas Ligante e Não ligante e proceder como descrito abaixo para a amostra:

% de Glicohemoglobina (GHb) na amostra:

$\% GHb = [(Abs. Resina Ligante) \div (Abs. Resina Não-ligante)] \times F$

PRECAUÇÕES: Usar luvas descartáveis durante a manipulação. Lavar sempre as mãos após trabalhar com material potencialmente infeccioso. As amostras devem ser descartadas, após o uso, em recipientes específicos. Não dispensar em coletores de lixo comuns ou nas redes de água e esgotos.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO: O calibrador deve ser armazenado na faixa de 2-8°C. Não usar reagentes cuja data de validade tenha expirado.

ASSESSORIA CIENTÍFICA

Para esclarecimentos de dúvidas e Assessoria Científica ligue:

(31) 3157-3688 ou (11) 99217-8407

e-mail: sac@katal.com.br

 Katal Biotecnológica Ind. Com. Ltda.
Rua: Leiria, 1.160 - CEP 31255-100.

Belo Horizonte - MG - Brasil - CNPJ: 71.437.917/0001-04

Responsável Técnica: Raquel Miranda Gonzaga - CRBio 076936/04-D

ANVISA: 10377390149

Data da última revisão: 17/12/2024



Instruções de Uso CALIBRADOR DE GLICOTECK (Versão Dez/24)

1. RECONSTITUIÇÃO DO CALIBRADOR:

Adicionar 0,5 mL de água destilada/deionizada ao frasco contendo o calibrador liofilizado. Aguardar 10 minutos. Após este tempo, homogeneizar com inversões suaves até a dissolução completa.

Deve-se efetuar a calibração no dia da reconstituição do calibrador.

O calibrador deverá ser processado como uma amostra, incluindo a etapa de preparação do hemolisado. (Vide Instruções de Uso do kit de Glico-Teck Glicohemoglobina Katal).

2. PROCEDIMENTO PARACALIBRAÇÃO:

Separar um par de tubos de Resinas Ligante e Não ligante e proceder como descrito abaixo para o calibrador:

Concentração do calibrador: vide rótulo externo do frasco

Fator do calibrador (F):

$F = [(Abs. Resina Não ligante) \div (Abs. Resina Ligante)] \times \text{concentração do calibrador.}$

3. Determinação da Glicohemoglobina:

Separar um par de tubos de Resinas Ligante e Não ligante e proceder como descrito abaixo para a amostra:

% de Glicohemoglobina (GHb) na amostra:

$\% GHb = [(Abs. Resina Ligante) \div (Abs. Resina Não-ligante)] \times F$

PRECAUÇÕES: Usar luvas descartáveis durante a manipulação. Lavar sempre as mãos após trabalhar com material potencialmente infeccioso. As amostras devem ser descartadas, após o uso, em recipientes específicos. Não dispensar em coletores de lixo comuns ou nas redes de água e esgotos.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO: O calibrador deve ser armazenado na faixa de 2-8°C. Não usar reagentes cuja data de validade tenha expirado.

ASSESSORIA CIENTÍFICA

Para esclarecimentos de dúvidas e Assessoria Científica ligue:

(31) 3157-3688 ou (11) 99217-8407

e-mail: sac@katal.com.br

 Katal Biotecnológica Ind. Com. Ltda.
Rua: Leiria, 1.160 - CEP 31255-100.

Belo Horizonte - MG - Brasil - CNPJ: 71.437.917/0001-04

Responsável Técnica: Raquel Miranda Gonzaga - CRBio 076936/04-D

ANVISA: 10377390149

Data da última revisão: 17/12/2024



Instruções de Uso CALIBRADOR DE GLICOTECK (Versão Dez/24)

1. RECONSTITUIÇÃO DO CALIBRADOR:

Adicionar 0,5 mL de água destilada/deionizada ao frasco contendo o calibrador liofilizado. Aguardar 10 minutos. Após este tempo, homogeneizar com inversões suaves até a dissolução completa.

Deve-se efetuar a calibração no dia da reconstituição do calibrador.

O calibrador deverá ser processado como uma amostra, incluindo a etapa de preparação do hemolisado. (Vide Instruções de Uso do kit de Glico-Teck Glicohemoglobina Katal).

2. PROCEDIMENTO PARACALIBRAÇÃO:

Separar um par de tubos de Resinas Ligante e Não ligante e proceder como descrito abaixo para o calibrador:

Concentração do calibrador: vide rótulo externo do frasco

Fator do calibrador (F):

$F = [(Abs. Resina Não ligante) \div (Abs. Resina Ligante)] \times \text{concentração do calibrador.}$

3. Determinação da Glicohemoglobina:

Separar um par de tubos de Resinas Ligante e Não ligante e proceder como descrito abaixo para a amostra:

% de Glicohemoglobina (GHb) na amostra:

$\% GHb = [(Abs. Resina Ligante) \div (Abs. Resina Não-ligante)] \times F$

PRECAUÇÕES: Usar luvas descartáveis durante a manipulação. Lavar sempre as mãos após trabalhar com material potencialmente infeccioso. As amostras devem ser descartadas, após o uso, em recipientes específicos. Não dispensar em coletores de lixo comuns ou nas redes de água e esgotos.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO: O calibrador deve ser armazenado na faixa de 2-8°C. Não usar reagentes cuja data de validade tenha expirado.

ASSESSORIA CIENTÍFICA

Para esclarecimentos de dúvidas e Assessoria Científica ligue:

(31) 3157-3688 ou (11) 99217-8407

e-mail: sac@katal.com.br

 Katal Biotecnológica Ind. Com. Ltda.
Rua: Leiria, 1.160 - CEP 31255-100.

Belo Horizonte - MG - Brasil - CNPJ: 71.437.917/0001-04

Responsável Técnica: Raquel Miranda Gonzaga - CRBio 076936/04-D

ANVISA: 10377390149

Data da última revisão: 17/12/2024

